

1. ชื่อผลงาน: การพัฒนาระบบการซักผ้าติดเชื้อ

2.ปัญหาและสาเหตุ (Problem): หน่วยงานซักฟอกเป็นหน่วยงานทำความสะอาดผ้าในโรงพยาบาล ซึ่งผ้าที่ซักมีทั้งผ้าเปื้อนทั่วไป และผ้าติดเชื้อ ซึ่งตามมาตรฐานงานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ การซักผ้าติดเชื่อนั้นต้องแช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างน้อย 30 นาที หรือซักด้วยน้ำอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 71 องศาเซลเซียส 25 นาที แต่โรงพยาบาลฟากท่ายังไม่มีการซักผ้าเปื้อนด้วยระบบน้ำร้อน จึงได้มีการคิดพัฒนาระบบการซักผ้าเปื้อนติดเชื้อด้วยระบบน้ำร้อน เพื่อให้การซักผ้าเปื้อนติดเชื้อมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.เป้าหมาย(Purpose) : พัฒนาระบบการซักผ้าเปื้อนติดเชื้อ เพื่อให้ผ้าสะอาดได้มาตรฐาน

4.ตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย(Performance Indicator)

1.ส่งผ้าซักซ้ำ < 5 ครั้ง

5.กระบวนการแก้ไขเปลี่ยนแปลง(Process of Improvement)

1.จัดหาเครื่องซักผ้าที่มีระบบการซักด้วยน้ำร้อน

2.ทดสอบการซัก และอุณหภูมิน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน

6.ผลของการเปลี่ยนแปลง(Performance)

ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์				การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
	เป้าหมาย	ปี 2561	ปี2562	ปี2563	
-จำนวนครั้งของผ้าส่งซักซ้ำ	< 5 ครั้ง			0	ไม่พบการส่งผ้าซักซ้ำ

7.แนวทางการปรับปรุงต่อไป(Process for other Improvement)

1.ติดตามการใช้เครื่องซักผ้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน

2.ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องซักผ้าอยู่เสมอเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

8.ผู้รับผิดชอบ(Person or Department)

นางสาวณัฐกานต์ นพมาก 093-1313838 Email nuttakarn-16@hotmail.com

แผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลฟากท่า 055-489304